# Produktdatenblatt

Frank Dental GmbH, Tölzer Str. 4, 83703 Gmund, Germany
Telefon: +49-8022-6736-0, Fax: +49-8022-6736-900
Email: info@frank-dental.de
Informationen zur Anwendung und Sicherheit unter: https://www.frank-dental.com
Öffnungszeiten: Mo - Do: 8-18 Uhr, Fr: 8-13 Uhr

frank.dental
technologie vom tegernsee

**Artikelbezeichnung**
D.846.014.F.FG

**UMDNS**
16-670

**ISO-Norm**
806.314.171.514.014

**VPE**
5

**Maße (Länge in mm)**
19



## 1. Angaben zu Bestandteilen/Zusammensetzung/Merkmalen
Art: Diamantbohrer, Stahl Schaft + Kopf diamantiert
Farbe:

## 2. Mögliche Gefahren
Bei sachgemässer Handhabung (Berücksichtigung Handhabung und Drehzahl, Gesichtsschutz und Mundschutz etc.)
- keine Gefahr, Wassergefährdungsklasse: 0 (Selbsteinstufung)

## 3. Erste-Hilfe-Maßnahmen
keine besonderen Maßnahmen erforderlich

## 4. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Produkt brennt nicht. Umgebungsbrand mit entsprechenden Löschmitteln gemäß Brandschutzordnung löschen.

## 5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
nicht relevant

## 6. Handhabung und Lagerung
Gemäß empfohlender Drehzahl im Schaft entsprechendes Antriebselement anwenden, trocken lagern, Kontamination nach Reinigung durch Thermodesinfektor bzw. Autoklaven vermeiden, Temperaturschwankungen und Kontakt mit Säuren, Chemikalien vermeiden

- vor Anwendung Instrument sterilisieren
- Drehzahlbegrenzung (U/min) max. 225.000
- Arbeitswinkel und Anpressdruck berücksichtigen
- festen Sitz im Antriebselement prüfen

## 7. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
Allgemeine Gebrauchs- & Sicherheitshinweise

## 8. Physikalische und chemische Eigenschaften
Geruch: ohne, Flammpunkt/Dichte/Viskosität: nicht anwendbar, Löslichkeit im Wasser: unlöslich

## 9. Stabilität und Reaktivität
keine gefährlichen Reaktionen bei sachgemäßer Handhabung

## 10. Angaben zur Toxikologie
nicht toxisch

## 11. Angaben zur Ökologie
keine schädigende Wirkung bekannt

## 12. Hinweis zur Entsorgung
Abfallschlüsselnummer: 35 101 - Entsorgung mit Hausmüll in festem Behälter erlaubt

## 13. Angaben zum Transport
kein Gefahrgut

## 14. Vorschriften
Frank Dental Produkte sind zertifiziert nach RL 93/42/EWG
Frank Dental ist zertifiziert nach EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021

## 15. Zweckbestimmung

## 16. Sonstige Angaben
Der Anwender ist zum einen verantwortlich für die ordnungsgemäße Anwendung gemäß Zweckbestimmung und dafür, dass die Aufbereitung mit den verwendeten Materialien, Ausstattung usw. erfolgreich verläuft und den Hygieneanforderungen entspricht. Regelmäßige Kontrollen der hier beschriebenen Verfahren sind daher erforderlich und mögliche Abweichungen vom Anwender zu dokumentieren.

## Hinweis
Bitte beachten Sie die aktuellen Aufbereitungsempfehlungen auf https://www.frank-dental.com unter Manufaktur, insbesondere im Hinblick auf Verwendungszweck und Handhabung.

Freigabe durch Verantwortliche Person: Armin Frank - Stand: Januar 2025



CE 0297