Produktdatenblatt

Frank Dental GmbH, Tölzer Str. 4, 83703 Gmund, Germany
Telefon: +49-8022-6736-0, Fax: +49-8022-6736-900
Email: info@frank-dental.de
Informationen zur Anwendung und Sicherheit unter: https://www.frank-dental.com
Öffnungszeiten: Mo - Do: 8-18 Uhr, Fr: 8-13 Uhr

frank.dental
technologie vom tegernsee

Artikelbezeichnung
D.860.012.G.FG

UMDNS
16-670

ISO-Norm
806.314.247.534.012

VPE
5

Maße (Länge in mm)
19

1. Angaben zu Bestandteilen/Zusammensetzung/Merkmalen
Art: Diamantbohrer, Stahl Schaft + Kopf diamantiert
Farbe:

2. Mögliche Gefahren
Bei sachgemäßer Handhabung (Berücksichtigung Handhabung und Drehzahl, Gesichtsschutz und Mundschutz etc.)
- keine Gefahr, Wassergefährdungsklasse: 0 (Selbsteinstufung)

3. Erste-Hilfe-Maßnahmen
keine besonderen Maßnahmen erforderlich

4. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Produkt brennt nicht. Umgebungsbrand mit entsprechenden Löschmitteln gemäß Brandschutzordnung löschen.

5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
nicht relevant

6. Handhabung und Lagerung
Gemäß empfohlender Drehzahl im Schaft entsprechendes Antriebselement anwenden, trocken lagern, Kontamination nach Reinigung durch Thermodesinfektor bzw. Autoklaven vermeiden, Temperaturschwankungen und Kontakt mit Säuren, Chemikalien vermeiden
- vor Anwendung Instrument sterilisieren

- Drehzahlbegrenzung (U/min) 225.000
- Arbeitswinkel und Anpressdruck berücksichtigen
- festen Sitz im Antriebselement prüfen

7. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
Allgemeine Gebrauchs- & Sicherheitshinweise

8. Physikalische und chemische Eigenschaften
Geruch: ohne, Flammpunkt/Dichte/Viskosität: nicht anwendbar, Löslichkeit im Wasser: unlöslich

9. Stabilität und Reaktivität
keine gefährlichen Reaktionen bei sachgemäßer Handhabung

10. Angaben zur Toxikologie
nicht toxisch

11. Angaben zur Ökologie
keine schädigende Wirkung bekannt

12. Hinweis zur Entsorgung
Abfallschlüsselnummer: 35 101 - Entsorgung mit Hausmüll in festem Behälter erlaubt

13. Angaben zum Transport
kein Gefahrgut

14. Vorschriften
Frank Dental Produkte sind zertifiziert nach RL 93/42/EWG
Frank Dental ist zertifiziert nach EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021

15. Zweckbestimmung

16. Sonstige Angaben
Der Anwender ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Anwendung gemäß Zweckbestimmung und, dass die Anwendung den Hygieneanforderungen entspricht und dafür, dass die Aufbereitung mit den verwendeten Materialien, Ausstattung usw. erfolgreich verläuft. Regelmäßige Kontrollen der hier beschriebenen Verfahren sind daher erforderlich und mögliche Abweichungen vom Anwender zu dokumentieren.

Hinweis
Bitte beachten Sie die aktuellen Aufbereitungsempfehlungen auf https://www.frank-dental.com unter Manufaktur, insbesondere im Hinblick auf Verwendungszweck und Handhabung.

Freigabe durch Verantwortliche Person: Armin Frank - Stand: Januar 2025

CE 0297