



Frank Dental GmbH, Tölzer Str. 4, 83703 Gmund, Germany
Telefon: 08022/6736-0, Fax: 08022/6736-900
Email: info@frank-dental.de
Informationen zur Anwendung und Sicherheit unter: <https://www.frank-dental.com>
Öffnungszeiten: Mo – Do: 8–18 Uhr, Fr: 8–13 Uhr

Artikelbezeichnung
P.PROLA0-WHITE.SO-100

UMDNS
16-412

ISO-Norm
900.000.XXX.WHITE.080

VPE
100

Maße (Länge in mm)



1. Angaben zu Bestandteilen/Zusammensetzung/Merkma

Art: Polierer (Silikon, Nylonbürstchen), Stahlschaft +
Gummipolierer
Farbe: keine

2. Mögliche Gefahren

Bei sachgemäßer Handhabung (Berücksichtigung Handhabung
und Drehzahl, Gesichtsschutz und Mundschutz etc.)
- keine Gefahr, Wassergefährdungsklasse: 0 (Selbsteinstufung)

3. Erste-Hilfe-Maßnahmen

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

4. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Produkt brennt nicht. Umgebungsbrand mit entsprechenden
Löschmitteln gemäß Brandschutzordnung löschen.

5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

nicht relevant

6. Handhabung und Lagerung

Gemäß empfohlener Drehzahl im Schaft entsprechendes
Antriebsselement anwenden, trocken lagern, Kontamination
nach Reinigung durch Thermodesinfektor bzw. Autoklaven
vermeiden, Temperaturschwankungen und Kontakt mit
Säuren, Chemikalien vermeiden

- vor Anwendung Instrument sterilisieren



- Drehzahlbegrenzung (U/min) max. 1.500

- Arbeitswinkel und Anpressdruck berücksichtigen

- festen Sitz im Antriebsselement prüfen

7. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Gebrauchs- & Sicherheitshinweise



8. Physikalische und chemische Eigenschaften

Geruch: ohne, Flammpunkt/Dichte/Viskosität: nicht anwendbar,
Löslichkeit im Wasser: unlöslich

9. Stabilität und Reaktivität

keine gefährlichen Reaktionen bei sachgemäßer Handhabung

10. Angaben zur Toxikologie

nicht toxisch

11. Angaben zur Ökologie

keine schädigende Wirkung bekannt

12. Hinweis zur Entsorgung

Abfallschlüsselnummer: 35 101 - Entsorgung mit Hausmüll in
festem Behälter erlaubt

13. Angaben zum Transport

kein Gefahrgut

14. Vorschriften

Frank Dental Produkte sind zertifiziert nach RL 93/42/EWG
Frank Dental ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016

15. Zweckbestimmung



16. Sonstige Angaben

Der Anwender ist zum einen verantwortlich für die
ordnungsgemäße Anwendung gemäß Zweckbestimmung und
dafür, dass die Aufbereitung mit den verwendeten Materialien,
Ausstattung usw. erfolgreich verläuft und den
Hygieneanforderungen entspricht. Regelmäßige Kontrollen der
hier beschriebenen Verfahren sind daher erforderlich und mögliche
Abweichungen vom Anwender zu dokumentieren.

Hinweis

Bitte beachten Sie die aktuellen "Informationen zur Anwendung,
Pflege und Sicherheit für rotierende Dentalinstrumente" unter
<https://www.frank-dental.com> unter QM, insbesondere im Hinblick
auf Verwendungszweck und Handhabung.